

znak: ZP.1.2018

WYKONAWCY

dotyczy: Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną**” zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytania:

1. Dotyczy punktu 5, część nr I

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada monitor LCD o przekątnej 17 cali, taki w którym obraz diagnostyczny wypełnia znacznie ponad połowę powierzchni?

Odp. Nie, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił, że minimalną przekątną monitora musi wynosić 21 cali.

2. Dotyczy punktu 6, część nr I

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada monitor z możliwością regulacji obrotu i pochylenia niezależnie od panelu sterowania?

Odp. Tak.

3. Dotyczy punktu 15, część nr I

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta którego waga bez głowic i urządzeń peryferyjnych to 90 kg?

Odp. Nie, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił, że waga urządzenia bez głowic i urządzeń peryferyjnych nie może przekroczyć 75 kg.

4. Dotyczy punktu 2, część nr IV

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada regulację bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,5 mm do 20 mm?

Odp. Nie, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił, że ultrasonograf musi posiadać regulację bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,2 mm do 20 mm.

5. Dotyczy punktu 3, część nr IV

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada kąt korekcji bramki dopplerowskiej w zakresie od 0 do +/- 80 stopni?

Odp. Nie, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił, że kąt korekcji bramki dopplerowskiej wynosi od 0 do +/- 89 stopni.

6. Dotyczy części V

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza kupić ultrasonograf z trybem spektralnym Dopplera Ciągłego (CWD) mimo, że nie wymaga aby zestaw posiadał sondę do badań kardiologicznych oraz nie wymaga aby miał opcję rozbudowy o daną sondę?

Odp. Zamawiający nie wymaga ultrasonografu z trybem spektralnym Dopplera ciągłego (CWD).

7. Czy Zamawiający dopuści wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę konweksową, do badań jamy brzusznej o maksymalnym kącie widzenia min. 66 stopni?

Odp. Tak.

Zamawiający zmienia specyfikacje istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”** zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający w celu odpowiedzenia na zadane zapytania i prawidłowego złożenia oferty przedłuża termin składania ofert.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi 06 lipca 2018 r. o godzinie 11:00.**

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

p. o. DYREKTOR
GSZOZ W KURZĘTNIKU
Magdalena Rynkowska